



группа компаний

**ВТОРМА КЛИНИНГ**

ООО «Владимир Вторма Клининг» (ООО «ВВК»)  
ИНН/КПП 3328460519 / 332901001; ОГРН 1083328005276  
Юр. адрес: 600000, г. Владимир, ул. Вокзальная, д.1-а  
Тел./факс: (4922) 32-42-12; Моб. тел.: 8 (905) 143-63-63  
Эл. почта: ooovvk33@yandex.ru  
Сайт: www.vtormacleaning.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ООО «Владимир Вторма Клининг»

А.А. Шульгин

2018г.



## ИНСТРУКЦИЯ

для частных лиц

по отбору и доставке проб питьевой воды

для исследований в испытательную лабораторию ООО «ВВК»

Руководитель

Испытательной лаборатории

А.Ю. Пенкина

2018г.



г. Владимир  
2018г.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Уважаемые заказчики, перед передачей пробы питьевой воды в испытательную лабораторию ООО «ВВК» большая просьба ознакомиться с правилами отбора, доставки и приемки проб.

**ВАЖНО! Испытательная лаборатория ООО «ВВК» проводит только химический анализ воды и заключение о пригодности воды для питьевых нужд НЕ ВЫДАЕТ!!!**

Испытательная лаборатория ООО «ВВК» оставляет за собой право отказать в приемке пробы при отсутствии технической возможности или при наличии факторов, которые могут повлиять на качество результатов измерений.

**Приемка проб осуществляется в офисе ООО «ВВК» по адресу:** г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 14А.

**График приемки проб:** с понедельника по среду с 9-00 до 15-00. Просим учесть, что с четверга по воскресенье пробы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ в связи с особенностями проведения исследований (испытаний).

## ОТБОР ПРОБЫ

Отбор проб следует проводить в чистую полиэтиленовую (пластиковую) тару объемом 5 литров. Для этого хорошо подходят бутылки из под питьевой воды. Для анализа не подходят бутылки из-под ароматизированных напитков, бытовой химии и т.п.

Перед отбором проб в тару следует слить воду в течении 15-20 минут (данное действие нужно, чтобы в тару не попала застоявшаяся вода).

Ополоснуть тару той водой, которую отбираете для анализа (промывать тару моющими средствами НЕДОПУСТИМО!).

Воду следует набирать под горлышко.

Отбирать пробу лучше в день передачи в лабораторию (если такой возможности нет, хранить пробу в холодильнике не более 24 часов).

## ДОСТАВКА ПРОБЫ

Доставку пробы желательно осуществлять сразу после отбора в термосумке. При отсутствии такой возможности хранить пробу в холодильнике не более 24 часов. **ВНИМАНИЕ!** Если Вы не успеваете доставить пробу в лабораторию за 24 часа, нужно отобрать другую пробу.

При передаче пробы в лабораторию Вам будет необходимо заполнить Акт приемки пробы (Приложение 1), поэтому просим заранее ознакомиться с информацией, которую нужно будет предоставить (п. 1-5 и п. 7-10 Приложения 1).

**ВАЖНО!** Испытательная лаборатория не несет ответственности за произведенные Заказчиком отбор, хранение и транспортировку проб.

## ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Испытательная лаборатория так же просит учесть, что подписывая Акт приемки пробы, согласно приказа Минэкономразвития от 30 мая 2014 г. N 329, Заказчик соглашается на передачу нижеперечисленных сведений, в т.ч. персональных данных по защищенному каналу связи в Федеральную Государственную Информационную Систему Федеральной службы по аккредитации:

- ФИО Заказчика;
- № протокола исследований;
- дата получения образца (пробы);
- список оборудования используемого при проведении исследований (испытаний).

## АКТ ПРИЕМКИ ПРОБ

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

Лист 1  
Всего листов 1

- 1.Заказчик: \_\_\_\_\_
- 2.Адрес Заказчика: \_\_\_\_\_
- 3.Основание для отбора проб: \_\_\_\_\_
- 4.Наименование объекта приема: \_\_\_\_\_
- 5.Количество проб: \_\_\_\_\_
- 6.Перечень показателей: \_\_\_\_\_
- 7.Дата и время отбора проб: \_\_\_\_\_
- 8.Дата, время доставки в лабораторию: \_\_\_\_\_
- 9.Адрес, место отбора проб (со слов Заказчика): \_\_\_\_\_
- 10.Условия транспортировки (со слов Заказчика): \_\_\_\_\_
- 11.Сведения о пробах:

№ п/п	Шифр пробы	Наименование пробы	Точка отбора	Тип тары	Объем пробы	Вид анализа
1	2	3	4	5	6	7

**Примечание:** 1. За произведенные Заказчиком отбор, хранение и транспортировку проб лаборатория ответственности не несет  
2.Лаборатория проводит только химический анализ воды и заключение о пригодности воды для питьевых нужд лаборатория не выдает

Пробы сдал, с ПРИМЕЧАНИЕМ согласен

(Заказчик): \_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

Пробу

принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, ФИО)

Пробы принял для анализа в \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, ФИО)

Акт не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

О К О Н Ч А Н И Е    А К Т А